EDF-4947 EN-1948 Calibration Solutions [CS1-CS5] Set of 5 x 0.2 mL in Nonane

All Concentrations are in ng/mL (ppb)

Unlabeled Dioxins & Furans	CS1	CS2	CS3	CS4	CS5
2,3,7,8-TCDD	0.5	2.0	10.0	40.0	200
2,3,7,8-TCDF	0.5	2.0	10.0	40.0	200
1,2,3,7,8-PeCDD	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,7,8-PeCDF	2.5	10.0	50.0	200	1000
2,3,4,7,8-PeCDF	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,4,7,8-HxCDD	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,6,7,8-HxCDD	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,7,8,9-HxCDD	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,4,7,8-HxCDF	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,6,7,8-HxCDF	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,7,8,9-HxCDF	2.5	10.0	50.0	200	1000
2,3,4,6,7,8-HxCDF	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	2.5	10.0	50.0	200	1000
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	2.5	10.0	50.0	200	1000
OCDD	5.0	20.0	100	400	2000
OCDF	5.0	20.0	100	400	2000
Labeled Dioxins & Furans	**CS1**	**CS2**	**CS3**	**CS4**	**CS5**
1,2,3,4-TCDD ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
2,3,7,8-TCDD ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
2,3,7,8-TCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,7,8-PeCDD ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,7,8-PeCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
2,3,4,7,8-PeCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,4,7,8-HxCDD ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,6,7,8-HxCDD ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,7,8,9-HxCDD ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,4,7,8-HxCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,6,7,8-HxCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,7,8,9-HxCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
2,3,4,6,7,8-HxCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	100	100	100	100	100
OCDD ($^{13}C_{12}$,99%)	200	200	200	200	200
OCDF ($^{13}C_{12}$,99%)	200	200	200	200	200